ISIS ANALYTICS
IDenta FRANCE

MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION
HEROINE BRUNE
HEROINE BLANCHE - MORPHINE

CATALOGUE N°. IDT 2200



A) Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

HEROINE BRUNE :

B) Si la substance à tester est de la **poudre brune**, appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.

C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier et appuyer fermement pour le verrouiller.

Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.

D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.

E) Agiter doucement l'unité de test pendant 2 à 3 secondes.

F) Si une couleur rouge violet se développe, cela indique la présence d'héroïne brune.

HEROINE BLANCHE - MORPHINE :

B) Si la substance à tester est une **poudre blanche** ou un **comprimé** :
- en cas de poudre blanche : appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester en essayant d'en recueillir le plus possible.

- en cas de comprimé : en fonction du type de comprimé, visser vigoureusement à différents endroits l'échantillonneur en tournant dans les deux sens, ou réduire le comprimé en poudre afin de récupérer le maximum de matière.

C) Replacer l'échantillonneur dans le boîtier et appuyer fermement pour le verrouiller.

Avertissement : Ne pas passer à l'étape D si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.

D) Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 2** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.
Agiter doucement l'unité de test 2 à 3 secondes.
Si une couleur pourpre violet se développe :
- en cas de poudre : cela indique la présence d'héroïne.
- en cas de comprimé : cela indique la présence de morphine.

UNIQUEMENT SI L'AMPOULE 2 A ÉTÉ UTILISÉE :

E) Qu'une couleur ou non apparaisse, procéder à l'étape suivante de neutralisation des acides.

F) Briser l'ampoule de la **chambre 3**.

G) Agiter doucement afin de parfaire la neutralisation des acides. La fenêtre du banc de test va s'échauffer. Cette réaction est parfaitement normale.

Note : HEROINE BLANCHE - MORPHINE : si l'ampoule 1 a été cassée par erreur, cela n'aura pas de conséquence; continuer en cassant l'ampoule 2 et suivre les étapes normales de la procédure.

HOTLINE : +33(0)478 924 118

ISIS ANALYTICS : 98 rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110
contact@isisanalytics.com